RAFMEDICAL
+13 AÑOS EN ELECTROMEDICINA

FICHA TÉCNICA

ELECTRODOS PARA DEA · PEDIÁTRICO

Electrodos desechables para DEA pediátrico

Compatibles con desfibriladores Physio-Control / Stryker LIFEPAK

Código RFM-DEA-PC-PED | Uso único | Conector CN535 | ISO 13485



Especificaciones

Producto	Electrodos (parches) de desfibrilación desechables, de un solo uso
Paciente	Pediátrico
Compatibilidad	Desfibriladores Physio-Control / Stryker LIFEPAK 9, 10, 12, 20, 500 y 1000. Verifique el modelo de su equipo y el tipo de conector antes de comprar.
Conector	Tipo CN535 (ver imagen)
Referencia fabricante	AED-MDA-12B
Presentación	1 par de electrodos con cable y conector
Calidad	Fabricados bajo sistema de gestión de calidad certificado EN ISO 13485 (TÜV SÜD)



Conector CN535

Compare con el conector de su DEA o de los electrodos actuales.

Certificación EN ISO 13485

Sistema de gestión de calidad para dispositivos médicos, certificado por TÜV SÜD.

Recomendaciones de uso

- Úselos según las instrucciones del fabricante de su desfibrilador para pacientes pediátricos.
- Revise la fecha de vencimiento y mantenga el envase sellado hasta su uso.
- No reutilizar: reemplace los electrodos después de cada uso o al vencer.
- Registre el cambio de electrodos en la bitácora de mantención del DEA (Ley 21.156).

GARANTÍA
6 meses por defectos de fábrica.

DESPACHO
A todo Chile. Cotizaciones institucionales y Mercado Público.

Producto compatible. Las marcas mencionadas pertenecen a sus respectivos dueños y se usan solo para indicar compatibilidad. Verifique el modelo de su equipo antes de comprar. Imagen referencial.

Tel. +56 2 3309 1398 | WhatsApp +56 9 8902 0386 | Correo contacto@rafmedical.cl | rafmedical.cl
Ñuble 1293, Santiago, Chile · Venta, repuestos y servicio técnico multimarca
Despacho a todo Chile